

T.C.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

YAKLAŞIK MALİYET İSTEME FORMU

İstem No :68

Talep Eden Birim :NÖROŞİRURJİ SERVİSİ

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemelerin 4734 Kamu İhale Kanununa göre alımı yapılacaktır. Son teklif verme tarih ve saatine kadar Yaklaşık Maliyetlerinizi aşağıdaki form veya firma proformanız ile üzerinde firma yetkilileri tarafından imzalanıp kaşelenerek elden ya da faks ile Satın Alma Birimimize vermenizi rica ederim. İmzasız teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktar	Birim Fiyat	Tutar	Şartname
1	ASPIRATÖR UCU GF 363 R MM ORTA	4 ADET			

TARİH

İMZA-KAŞE

Zeynep CANAN

Satınalma Görevlisi

huseyinuzun@trakya.edu.tr

Adres: T.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Balkan Yerleşkesi - EDİRNE

Tel : 0 284 235 27 29 Fax : 0 284 235 38 89

1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK, KDV ORANI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

2-)Sut veya ubb kaydı olan ürünlerin kayıt noları belirtilmeli kapsam dışı olan ürünlerin kapsam dışı olduğu belirtilmelidir.

CERRAHİ ALETLET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Satın alınacak cerrahi aletler için belirtilen katalog numaraları, şartnamedeki evsafın tam tanımını belirtmek için referans olarak verilmiştir.
2. Cerrahi aletler kullanım açısından hassasiyet gerektirdiği için, sahip oldukları ölçütlerden en fazla (+) %5 veya (-) %5 fark olmalıdır. Bu ölçütlerin dışındaki aletler kabul edilmeyecektir.
3. Cerrahi aletlerin her birinin üzerinde katalog numarası, lot numarası ve marka silinmesi mümkün olmayacak şekilde lazer yöntemiyle yazılı olacaktır. Lot numaraları hem cerrahi aletlerin ambalajında, hem de cerrahi aletlerin üzerinde bulunacak, cerrahi aletlerle ilgili gerekli bilgiler bu lot numaraları ve katalog numaraları vasıtasıyla kontrol edilebilecektir.
4. Cerrahi aletler 134°C'de buharlı otoklavda sterilazyona uygun olacaktır.
5. Bu teknik şartnamede belirtilen cerrahi aletlere ilişkin teknik özellikler ile teknik özellikleri direkt ve dolaylı olarak etkileyen belge ve dökümanlar bir teknik komisyon tarafından incelenecektir.
6. İhaleye katılacak firmalar teklif ettikleri ürünlerin tamamı için bu şartname ve ekindeki listeye göre kalem teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlayacaklardır. Bu belge iştirakçi firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkilisi tarafından imzalanmış olarak ihale dosyası içinde verilecektir.
7. Ürünler ek olarak aşağıda tabloda belirtilen özellikte olmalıdır.

MALZEME ADI	ADET
Aspiratör ucu 3 cm çap. (130 mm / total uzunluk 200 mm) (Aesculap GF 363 R veya benzeri)	4 adet

Trakya Üniversitesi Hastanesi
Beylikdüzü Şubesi Cerrahisi
Yrd. Doç. Dr. Sabahattin KAYAĞÖZ
Dip. No: 95603

Yrd. Doç. Dr. Feriye RÜTÜNÇÜLER
Trakya Üniversitesi Hastanesi
Beylikdüzü Şubesi Cerrahisi
Dip. No: 17903

Trakya Üniversitesi Hastanesi
Beylikdüzü Şubesi Cerrahisi
Yrd. Doç. Dr. Feriye RÜTÜNÇÜLER
Dip. No: 95603