

T.C.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

Yaklaşık Maliyet İSTEME FORMU

İstem No : 802

Talep Eden Birim : Merkez Müdürlüğü- İnfeksiyon Servisi

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemelerin 4734 Kamu İhale Kanununa göre alımı yapılacaktır. Son teklif verme tarih ve saatine kadar Yaklaşık Maliyetlerinizin aşağıdaki form veya proformanız üzerinde firma yetkilileri tarafından imzalanıp kaşelenerek elden ya da faks ile Satın Alma Birimimize vermenizi rica ederim. İmzasız teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sıra No	Malzeme	Birim	Miktar	Fiyat
1	Cihaz Arabası	Adet	1	
2	İlaç Arabası	Adet	1	

Belirtilen "Markalar" sadece bilgi amaçlıdır. Teklif edilecek ürünlerde adı geçen marka olma zorunluluğu yoktur.

TARİH

İMZA - KAŞE

Hüseyin UZUN

Satınalma Memuru

saglikarastirma@trakya.edu.tr

Adres: T.Ü. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Balkan Yerleşkesi - EDİRNE

Tel : 0 284 235 27 29 Fax : 0 284 235 38 89

1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK, KDV ORANI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

2-)Sut veya ubb kaydı olan ürünlerin kayıt noları belirtilmeli kapsam dışı olan ürünlerin kapsam dışı olduğu belirtilmelidir.

255.01.05

İlaç Tedavi Arabası Teknik Şartnamesi

(GSS0544)

1. ABS plastik gövde olmalıdır.
2. Tüm parçaları kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir özellikte olmalıdır.
3. Üst tablasının kenarları malzemelerin dökülmesi ve düşmesini engelleyici şekilde yükseltilmiş olmalıdır.
4. Gövdesinin üzerinde bir adet itme kolu bulunmalıdır.
5. Kilitlenebilir tekerlek donanımı olmalıdır.
6. Çekmece bulunmalı, çekmecelerin içlerinde ilaçların, ampullerin, diğer tıbbi malzemelerin stoklanması ve acil ihtiyaç halinde kolay erişilebilmesi için bölmeli çekmece sistemi olmalıdır.
7. Çekmecelerin açılıp kapanabilmesi için ön yüzeyinde tutma yerleri bulunmalı
8. Çekmeceler raylı sistem üzerinde hareket etmeli
9. Arabada üst tablanın altına girip çıkabilen ilaç hazırlamak ve yazı yazabilmek için bir tepsi bulunmalıdır.
10. Araba ile kullanılacak boyutları uygun iki adet atık kovası verilmeli
11. Arabada bir adet saklama kutusu olmalıdır.
12. Bir adet alt raf bulunmalıdır.

25.05.2017

Trakya Üniversitesi Hastanesi
Enfeksiyon Hast. ve Klinik. Mikr
Prof. Dr. Filiz AKATA
Dip. No: 32564-37550

Sorumlu Hemşire
Gözetim
efr

Dr. Figen Kuloğlu

Trakya Üniversitesi Hastanesi
Enfeksiyon Hast. ve Klinik. Mikr
Prof. Dr. H. Figen KULOĞLU
Dip. No: 50336-59478


Cihaz Arabası Teknik Şartnamesi


(JT83594)

1. ABS plastik gövde olmalıdır.
2. Arabanın tüm parçaları kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir özellikte olmalıdır.
3. Araba gövdesi üzerinde taşıma kolaylığı için bir adet taşıma kolu bulunmalıdır.
4. Arabada iki adet çekmece bulunmalıdır.
5. Arabada ikisi fren mekanizması olan dört tekerlek olmalıdır.
6. Araba EKG cihazı, NST cihazı, Koter cihazı vb. cihazlar için kullanıma uygun olmalıdır.

29.05.2017


Trakya Üniversitesi Hastanesi
Enfeksiyon Hast. ve Klinik. Mikr.
Prof. Dr. Filiz AKATA
Dip. No: 32564-37550


Dr. Hediye
Genç


Trakya Üniversitesi Hastanesi
Enfeksiyon Hast. ve Klinik. Mikr.
Prof. Dr. H. Figen KULOĞLU
Dip. No: 50338-59478