

**T.C.**  
**TRAKYA ÜNİVERSİTESİ**  
**SAĞLIK ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ**

**Yaklaşık Maliyet İSTEME FORMU**

**İstem No : 866**

**Talep Eden Birim : Merkez Müdürlüğü- Üroloji**

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemelerin 4734 Kamu İhale Kanununa göre alımı yapılacaktır. Son teklif verme tarih ve saatine kadar Yaklaşık Maliyetlerinizin aşağıdaki form veya proformanız üzerinde firma yetkilileri tarafından imzalanıp kaşelenerek elden ya da faks ile Satın Alma Birimimize vermenizi rica ederim. İmzasız teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Sıra No	Malzeme	Birim	Miktar	Fiyat
1	Kurşun Önlük Medium	Adet	5	

Belirtilen "Markalar" sadece bilgi amaçlıdır. Teklif edilecek ürünlerde adı geçen marka olma zorunluluğu yoktur.

TARİH

İMZA - KAŞE

Hüseyin UZUN

Satınalma Memuru

[saglikarastirma@trakya.edu.tr](mailto:saglikarastirma@trakya.edu.tr)

Adres: T.Ü. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Balkan Yerleşkesi - EDİRNE

Tel : 0 284 235 27 29 Fax : 0 284 235 38 89

1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK, KDV ORANI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

2-)Sut veya ubb kaydı olan ürünlerin kayıt noları belirtilmeli kapsam dışı olan ürünlerin kapsam dışı olduğu belirtilmelidir.

## Kurşun Önlük Teknik Şartnamesi

1. Kurşun önlükler önde 0,50 mm pb, arkada 0,25mm pb koruma sağlayacak şekilde kurşuna eş değer koruyucu kurşun materyale sahip olmalıdır.
2. Koruyucu kurşun materyal hafif, homojen ve ince bir yapıya sahip olmalıdır.
3. Koruyucu kurşun materyal, esnekliğin sağlanması amacı ile çok katlı olmalıdır.
4. Kurşun önlük yapımında esnek olmayan tek katlı koruyucu kurşun materyal kullanılmamalıdır.
5. Kurşun önlüğünün kullanımı kolay olmalı, yandan cırt bant ile sabitlenmelidir.
6. Kullanılan kumaş antibakteriyel olmalıdır ve uzun süreli kullanıma uygun, hijyen açısından kolay silinebilen su geçirmez bir yapıya sahip olmalıdır.
7. Kurşun önlükler 89/686/EEC kişisel koruyucu donanım yönetmeliğine göre onaylanmış bağımsız denetim kuruluşu tarafından verilen CE belgesi ile belgelendirilmelidir.
8. Koruyucu kurşun materyalin geçirgenliğinin ve kurşun eşdeğerinin en 61331-1:2002 test standardına uygun olduğu belgelendirilmelidir.
9. Kurşun önlüklerin üretim hatalarına karşı üretici firma 2(iki) yıl garanti vermelidir.
10. Kurşun önlüklerin renk ve beden tercihi yapılabilir.
11. Teknik komisyon kararı için teklifi verilen malzemenin ihale sonuçlanıncaya kadar bir adet numunesi bırakılmalıdır.

Dr. Yusuf Özdemir  
16/9/22

Trakya Üniversitesi Hastanesi  
Ortopedi AD.  
Prof. Dr. İsmail H. ATAKAN  
Dipl. No: 1094

T.U. Tıp Fak. Hastanesi  
Ortopedi  
Dr. Mehmet Güneş Arıkan  
Dipl. No: 1407/2006 Dipl. No: 170890