

T.C.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

Yaklaşık Maliyet İSTEME FORMU

İstem No : 103

Talep Eden Birim : Merkez Müdürlüğü- Anestezi Servisi

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemelerin 4734 Kamu İhale Kanununa göre alımı yapılacaktır. Son teklif verme tarih ve saatine kadar Yaklaşık Maliyetlerinizin aşağıdaki form veya proformanız üzerinde firma yetkilileri tarafından imzalanıp kaşelenerek elden ya da faks ile Satın Alma Birimimize vermenizi rica ederim. İmzasız teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Malzeme Listesi					
No	Ürün	Birim	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	Macintosh Laringoskop Seti	Adet	25		
			Toplam Tutar		

Belirtilen "Markalar" sadece bilgi amaçlıdır. Teklif edilecek ürünlerde adı geçen marka olma zorunluluğu yoktur.

TARİH

İMZA - KAŞE

Hüseyin UZUN

Satınalma Memuru

saglikarastirma@trakya.edu.tr

Adres: T.Ü. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Balkan Yerleşkesi - EDİRNE


Tel : 0 284 235 27 29 Fax : 0 284 235 38 89

1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK, KDV ORANI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

2-)Sut veya ubb kaydı olan ürünlerin kayıt noları belirtilmeli kapsam dışı olan ürünlerin kapsam dışı olduğu belirtilmelidir.

MACİNTOSH LARİNGOSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) 5 bladeli set (0,1,2,3,4) no'lu bladelardan ve 1 adet kalın handledan oluşmalıdır.
- 2) Macintosh no:0 80 mm ,no:1 92 mm ,no:2 100 mm,no:3 130 mm,no:4 155 mm boy ölçülerinde olmalıdır.
- 3) Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
- 4) Blade ler üzerinde krom kaplama olmamalı, ışık yansımalarını engellemek için mat çelik yüzeye sahip olmalıdır.
- 5) 2,7 v ampül ile en az 2000, 3,0 v ampül ile en az 2500 lüks ışık , ayrıca her laringoskopi için 10 ar tane yedek ampul verilmelidir.
- 6-Handle kaymayı engellemek için tırtıklı yüzeye sahip olmalıdır.
- 7) Handle iki adet orta boy pil ile kullanılabilinmelidir.
- 8) Kolay takılıp çıkarılabilmeli ,DIN ISO 7376 standartlarında üretilmiş CE. belgesine sahip olmalıdır.
- 9) Eto, buhar ve sabun solüsyonları ve cidex ile temizlenmeye uygun olmalıdır.
- 10)Kirlenmeye ve tozlanmaya karşı çantası içerisinde her bir blade ve handle yerleşecek şekilde bölmeierinde olmalıdır.
- 11) En az 5 (beş) yıl garantili olmalıdır.
- 12) Ürün ulusal bilgi bankasına kayıtlı olup sağlık bakanlığından onaylı olmalıdır.
- 13) Tüm bu özellikler orjinal katalogda gösterilmelidir. Fotokopi , muadili ürün vs. kabul edilmeyecektir.



Prof.Dr.Beyhan KARAMANLIOĞLU
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anabilim Dalı Başkanı
Diploma No: 27553-2495

Trakya Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Yrd.Doc.Dr. EJJİ ÇOPUR
Dip No: 76280/10149

Doç. Dr. GÖRÜL SAĞIROĞLU
Anestezi ve Reanimasyon A.Ö.
Dip. No: 7699