

T.C.  
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

YAKLAŞIK MALİYET İSTEME FORMU

İstem No:45

Talep Eden Birim :ÜROLOJİ SERVİSİ

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemelerin 4734 Kamu İhale Kanununa göre alımı yapılacaktır. Son teklif verme tarih ve saatine kadar **YAKLAŞIK MALİYET** aşağıdaki form veya firma proformanız ile üzerinde firma yetkilileri tarafından imzalanıp kaşelenerek elden ya da faks ile Satın Alma Birimimize vermenizi rica ederim. İmzasız teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktar	Birim Fiyat	Tutar	Şartname
1	PROSTAT TUMÖR İŞARETLEME İĞNESİ	250 ADET			

TARİH

İMZA-KAŞE

Zeynep CANAN

Satınalma Görevlisi

huseyinuzun@trakya.edu.tr

Adres: T.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Balkan Yerleşkesi - EDİRNE

Tel : 0 284 235 27 29 Fax : 0 284 235 38 89

1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK, KDV ORANI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

2-)Sut veya ubb kaydı olan ürünlerin kayıt noları belirtilmeli kapsam dışı olan ürünlerin kapsam dışı olduğu belirtilmelidir.

**FİRMALARIN DİKKATİNE >**

**Teklif edeceğiniz ürünlerin SUT EKİ EK-5/A1, EK-5/A2, EK-5/E ,EK-5/F listesinde olması halinde mutlaka SUT kodalarının bildirilmesi gerekmekte olup AKSİ TAKDİRDE TEKLİFLERİNİZ DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR**

## Tümör İşaretleme İğnesi (Gold Marker) Teknik Şartnamesi

### 1. Teknik Özellikler :

- 2.1. Gold Marker  $0.8 \pm 0.1$  Mm Çapında Ve  $6 \pm 1$  Mm Boyunda Silindir Şeklinde Olmalıdır.
- 2.2. Gold Marker 22 yada 24 Ayar Altın Olacaktır.
- 2.3. Gold Marker Nonalerjik Olmalı Ve Hastada Toksik Etki Yaratmamalıdır.
- 2.4. Gold Marker Radyolojide kullanıma uygun olmalıdır.
- 2.5. Gold Marker En Az 3 Tesla Gücünde Bir Mri Cihazına Uyumlu Olmalıdır.
- 2.6. Gold Marker Hastaya Yerleştirilmesi İçin Her Bir İşaretleme İğnesi İçine Yüklenmiş Olmalıdır.
- 2.7. Söz Konusu İğne, 19 G İnce Duvarlı Biyopsi İğnesi Olmalıdır.
- 2.8. Gold Marker İğnelerin Boyutları 25 Cm Olmalıdır.
- 2.9. Gold Marker Ve İğne Steril Olmalıdır. Tekli Steril Paketler Halinde Olmalı.
- 2.10. Gold Marker, Hastaya Yerleştirilmek İçin İstenilen Zamanda İğnenin İçinden Çıkarılabilmelidir.
- 2.11. Ambalaj Üzerinde Son Kullanma Tarihi Ve Lot Numarası Olmalıdır.
- 2.12. Malzemelerin Teslim Tarihinden İtibaren En Az 2 (İki) Yıl Kullanım Ömrü Olmalıdır.
- 2.13. Malzemelerin bölüm tarafından numune değerlendirilmesi yapılacak ve bölüm tarafından uygunluk alınacaktır.

Trakya Üniversitesi Hastanesi  
Üroloji AD.  
Prof. Dr. İrfan H. ATAĞAN  
Diy. No: 1094

Trakya Üniversitesi Hast.  
Üroloji AD.  
Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKDERE  
Diy. No: 1006