

T.C.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

YAKLAŞIK MALİYET İSTEME FORMU

İstem No :38

Talep Eden Birim :ANJIO

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemelerin 4734 Kamu İhale Kanununa göre alımı yapılacaktır. Son teklif verme tarih ve saatine kadar Yaklaşık Maliyetlerinizi aşağıdaki form veya firma proformanız ile üzerinde firma yetkilileri tarafından imzalanıp kaşelenerek elden ya da faks ile Satın Alma Birimimize vermenizi rica ederim. İmzasız teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktar	Birim Fiyat	Tutar	Şartname
1	RADYASYON KORUYUCU ÖNLÜK	11 ADET			

TARİH

İMZA-KAŞE

Zeynep CANAN

Satınalma Görevlisi

huseyinuzun@trakya.edu.tr

Adres: T.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Balkan Yerleşkesi - EDİRNE

Tel : 0 284 235 27 29 Fax : 0 284 235 38 89

1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK, KDV ORANI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

2-)Sut veya ubb kaydı olan ürünlerin kayıt noları belirtilmeli kapsam dışı olan ürünlerin kapsam dışı olduğu belirtilmelidir.

SUT KODU
YOKTUR

T.Ü. Malzeme Kodu
JS17596

Radyasyon Koruyucu Önlük Teknik Şartnamesi

1. Koruma paneli kurşun içermemeli, içeriğinde en az % 40 Sb (antimon) ya da Bi (Bizmut) olmalıdır
2. Koruma paneli kalınlığı ön kısımda en az 0,50mm, arka kısımda en az 0,25mm Pb ile eş değer koruma sağlamalıdır.
3. Tam korumalı önlüklerin 9 âdeti etek ceket, 2 âdeti tam boy palto olmalıdır.
4. Koruma panelinin 100 kV direkt X ışınına karşı % 96,3 ve daha fazla koruma sağladığını TAEK onayı ile gösterilmelidir.
5. Koruma paneli esnek olmalı; zorlanma ve katlanmalarda kırılmamalı, bedeni saran ve tüm bölgeleri aynı oranda koruyan yapıda olmalıdır.
6. Önlükler; anti bakteriyel, silinebilir ve yumuşak kumaş ile kaplanmış olmalıdır.
7. Önlük dikişleri sağlam olmalıdır.
8. Tam korumalı önlükler tüm modellerde M ebatı dikkate alındığında en fazla 5,60 kg ağırlığında olmalıdır.
9. Önlükler; XXL, XL, L, M, S, SX edatlarda olmalı, farklı renk seçenekleri içerisinde seçilebilmelidir.
10. Renk ve beden seçimi Kardiyoloji anabilim dalı tarafından yapılacaktır.
11. Önlük üst cebine Kardiyoloji AD tarafından istenilen yazılar yazılacaktır.
12. Önlük birleşim noktasında kaliteli "velcro"(cırt-cırt) kullanılmış olmalıdır.
13. Önlükler IEC 61331-3, DIN 61331-3, EEC 11B, ya da FDA onayı belgelerinden en az üçüne sahip olmalıdır.
14. Önlükler ile aynı renkte istenilen yazıların yazılacağı uygun boyda tiroit koruyucuda verilecektir
15. Firma teslimattan önce teslim edeceği markanın bedenlerine ait göğüs, bel ve basen çaplarını belirtir belgeyi kardiyoloji anabilim dalına teslim edecektir.
16. Önlükler iki yıl garantili olmalıdır.

Trakya Ünl. Tıp Fak. Hastanesi
Kardiyoloji AD
Prof. Dr. H. Yekta GÜRLERTÖL
Dip. No: 21018/24486
İhtisas Sicil No: 42298/59436

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi
Kardiyoloji
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILMAZ
Dip. No: 2003-971024
Dip. Uzm. Tez. No: 122669/61738

Trakya Ünl. Hastanesi
Kardiyoloji A.B.D.
Prof. Dr. A. Kenan YALTA
Dip. No: 9892/162
Tez. No: 78822