

1.2 LT KESİCİ VE DELİCİ TIBBİ ATIK KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ (KÜÇÜK BOY)

1. Atık kutusu kullanılan iğne, bistüri, kelepçe set, kateter line ları vb. gibi kesici-delici aletlerin güvenli bir şekilde toplanması için uygun olmalıdır.
2. Delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan özellikte olmalıdır.
3. Malzeme orijinal polipropilen hammaddeden imal edilmiş olmalıdır. Üretimde kesinlikle 2. kalite dönüşümlü hammadde kullanılmamalıdır.
4. Atık kutusu, kova, kapak ve kilitli kapak olmak üzere üç parçadan oluşmalıdır.
5. İç kapak iğnelerin, bisturi uçlarının ve diğer enfekte olmuş aletlerin kolayca çıkartılabileceği tırmak taşımalıdır, kullanımı kolay ve pratik olmalıdır.
6. Kutuya atılan ürünlerin dökülmesini veya yeniden kullanılmasını önlemek için tek yönlü güvenlik valfi bulunmalıdır.
7. Kutu dolduktan ve kapatıldıktan sonra tekrar açılması mümkün olmamalıdır.
8. Kutunun hacmi 1.2 litre kapasitede olmalıdır.
9. Kolay tanınabilmesi için parlak renklerde üretilmiş olmalıdır.
10. Üzerinde "uluslararası Biyotehlike amblemi" ile "Dikkat! Kesici ve Delici Tıbbi Atık" ibaresi ve etiketi bulunmalıdır.
11. Kutunun taşınmasını kolaylaştırmak için kapağın iki tarafında kendinde tutamaçları olması gerekmektedir.
12. TSE veya uluslararası standartlara uygunluk belgesine sahip firmaların ürettiği ürünlerden olmalıdır.
13. Tıbbi atık kutusuna enfekte malzemeler atılırken sabit kalmalı yere tam oturmalı, kullanımı pratik ve kolay olmalıdır.
14. Numune üzerinden değerlendirilecek, 1 adet numune verilmelidir.
15. Kutu rengi uluslararası standarda uygun olmalıdır. Gövde kırmızı, kapak sarı renkte olmalıdır.
16. Yüklenici firma hatalı, bozuk ürünleri yenisiyle ücretsiz olarak değiştirilmelidir.

Hacer Kesici, Elçisti

Asu KOÇ
Ev Ekonomisti

5 LT KESİCİ VE DELİCİ TIBBİ ATIK KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ
(ORTA BOY)

1. Atık kutusu kullanılan iğne, bistüri, kelebek set, kateter line ları vb. gibi kesici-delici aletlerin güvenli bir şekilde toplanması için uygun olmalıdır.
2. Delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan özellikte olmalıdır.
3. Malzeme orijinal polipropilen hammaddeden imal edilmiş olmalıdır. Üretimde kesinlikle 2. kalite dönüşümlü hammadde kullanılmamalıdır.
4. Atık kutusu, kova, kapak ve kilitli kapak olmak üzere üç parçadan oluşmalıdır.
5. İç kapak iğnelerin, bisturi uçlarının ve diğer enfekte olmuş aletlerin kolayca çıkartılabileceği turnak taşınmalıdır, kullanımı kolay ve pratik olmalıdır.
6. Kutuya atılan ürünlerin dökülmesini veya yeniden kullanılmasını önlemek için tek yönlü güvenlik valfi bulunmalıdır.
7. Kutu dolduktan ve kapatıldıktan sonra tekrar açılması mümkün olmamalıdır.
8. Kutunun hacmi 5 litre kapasitede olmalıdır.
9. Kolay tanınabilmesi için parlak renklerde üretilmiş olmalıdır.
10. Üzerinde "uluslararası Biyotehlike amblemi" ile "Dikkat! Kesici ve Delici Tıbbi Atık" ibaresi ve etiketi bulunmalıdır.
11. Kutunun taşınmasını kolaylaştırmak için kapağın iki tarafında kendinde tutamaçları olması gerekmektedir.
12. TSE veya uluslar arası standartlara uygunluk belgesine sahip firmaların ürettiği ürünlerden olmalıdır.
13. Tıbbi atık kutusuna enfekte malzemeler atılırken sabit kalmalı yere tam oturmalı, kullanımı pratik ve kolay olmalıdır.
14. Numune üzerinden değerlendirilecek, 1 adet numune verilmelidir.
15. Kutu rengi uluslar arası standarda uygun olmalıdır. Gövde kırmızı, kapak sarı renkte olmalıdır.
16. Yüklenici firma hatalı, bozuk ürünleri yenisiyle ücretsiz olarak değiştirilmelidir.

Hacer Kesici, Elçisti

Asu KOC
Ev Elçisti