

RADYASYON KORUYUCULU ÖNLÜK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kurşun önlük vücudu saran tipte ve ön 0,50 mm, arka 0.30 mm Pb eşleniği olmalıdır. Bu husus teklifte ve her bir önlüğün üzerinde üretici/satıcısı tarafından belirtilmelidir.
- 2- Teklif edilen kurşun önlükler kurşun eşleniği radyasyon korumasından ödün vermeden teknolojinin elverdiği en hafif ve yumuşak malzemeden üretilmiş olmalıdır. Koruyucu kurşun materyal hafif, homogen, ince, yumuşak ve esnekliğin sağlanması amacı ile çok katlı olmalıdır.
- 3- Kurşun önlük yapımında esnek olmayan tek katlı koruyucu kurşun material kullanılmalıdır.
- 4- Ön ve arka kapalı kurşun önlük modeli kullanımı kolay, vücudu saran, önden yapışma bantları kruvaze ceket şeklinde batin bölgesini örtecek uzunlukta olmalıdır.
(Göğüs: 104-120cm Uzunluk: 175-185 cm)
- 5- Kurşun önlüğün üzeri, su geçirmez, yırtılmaya dayanıklı 1. kalite naylon kumaş olup ve uzun süreli kullanım ve hijyen açısından silinebilir yapıda olup kenar tutucu bantları spaesia şerit dikili olmalıdır.
- 6- Kurşun önlük renk, desen ve beden tercihi yapılabilir.
- 7- Teklif edilen kurşun önlükler iki yıl üretici garantisinde olmalıdır.
- 8- CE ve FDA onaylı olmalıdır.
- 9- Teklif edilen kurşun önlükler 89/686/EEC kişisel koruma yönetmeliğine uygun olmalı ve bu tekliflerce belgeleri ile kanıtlanmalıdır.

Trakya U Tıp Fakültesi
Dr. Mustafa AVCI
Dip. No: 158954

Trakya U Tıp Fakültesi
Dr. Mustafa AVCI
Dip. No: 158954

Trakya Üniversitesi Hastanesi
Uroloji AD
Prof. Dr. İrfan B. ATAĞÖZ
Dip. No: 1004

BOYUN KORUYUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Tiroid koruyucusu 0.5 mm Pb kurşuna eşdeğer çok katlı kauçuk kurşun bileşiminden olmalıdır.
- 2- Teklif edilen tiroid koruyucular kurşun eşleniği radyasyon korumasından ödün vermeden teknolojinin elverdiği en hafif yumuşak malzemeden üretilmiş olmalıdır. Koruyucu kurşun materyal hafif, homojen ve esnekliğin sağlanması amacı ile çok katlı olmalıdır.
- 3- Tiroid koruyucu yapımında esnek olmayan tek katlı koruyucu kurşun material kullanılmalıdır.
- 4- Boyun hareketlerini engellemeyecek şekilde şapka tip model ve yumuşak olmalıdır.
- 5- Tiroid koruyucu ölçüsü boyun komple sarılım 60 cm, ön kısım 15x27 cm oval şekilde olmalıdır.
- 6- Kullanımı rahat ve velkrolu yapışkan bant sistemli olmalıdır.
- 7- Tiroid koruyucularda renk tercihi yapılabilmelidir.
- 8- Tiroid koruyucuları CE ve FDA onaylı olmalı ve üzerinde CE etiketleri dikilmiş olmalıdır.
- 9- Teklif edilen tiroid koruyucular iki yıl üretici garantisinde olmalıdır.
- 10- Teklif edilen tiroid koruyucular 89/686/EEC kişisel koruma yönetmeliğine uygun olmalı ve bu tekliflerce belgeleri ile kanıtlanmalıdır.

Trakya Ü. Tıp Fak. Radyasyon
Fizikliği A.B.D. Başkanı
Prof. Dr. Mustafa AVCI
Dip. No: 158954

Trakya Ü. Tıp Fak. Radyasyon
Fizikliği A.B.D. Başkanı
Prof. Dr. Mustafa AVCI
Dip. No: 158954

Trakya Üniversitesi Hastanesi
Ortopedi A.B.D. Başkanı
Prof. Dr. İrfan H. ATAKAN
Dip. No: 1031